

## 分析結果報告書

令和4年5月4日

奥長良川名水株式会社 殿

計量証明事業登録岐阜県濃度 第1号  
計量証明事業登録岐阜県音圧 第6号  
計量証明事業登録岐阜県振動 第5号

株式会社 環境測定センター

岐阜県羽島郡岐南町土印食3丁目178番地

TEL (058)247-2000(代)

FAX (058)247-2643

環境計量士 高間智浩

ご依頼のありました分析結果は下記の通りです。

1. 分析名称 マイクロプラスチック定性分析
2. 分析対象試料 フィルターろ過残留物
3. 採取場所 貴社
4. 受領日 令和4年4月7日
5. 分析条件 試料水をフィルター(孔径 0.1  $\mu$ m)でろ過し、捕捉された残留物について光学顕微鏡観察。  
光学顕微鏡：オリンパス製 MX61
6. 分析結果

## 定性分析結果

測定対象試料	結果
採水地の原水	不検出
充填直後の製品	不検出

別紙参照